

## Informe de análisis

### DATOS GENERALES

**INFORME Nº:** 2707177

**ANÁLISIS Nº:** 5295757

**MUESTRA REMITIDA POR:** SOMASR.SA

**DOMICILIO:** crta. Barcelona 51

**POBLACION:** 17500-Ripoll

**# DENOMINACIÓN MUESTRA:** ETAP RIPOLL

**DESCRIPCIÓN MUESTRA:** Plástico de 2 L(1), Tubo estéril 50 mL(1), Vial de cromatografía 50 mL(1), conteniendo agua potable

**FECHA RECEPCIÓN:** 12/03/2020

**FECHA FINALIZACIÓN Y EMISIÓN:** 28/03/2020

**Análisis realizado por LABAQUA. Ensayos cubiertos por la acreditación ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALICANTE - Tel. 965 10 60 70 - Fax 965 10 60 80:**

Fecha inicio análisis 12/03/2020.

PARÁMETROS	MÉTODOS	RD 140/2003	RESULTADOS	UNIDADES
<b>Radiactividad</b>				
Actividad Alfa Total	A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	0.1	<0.010	Bq/L
Actividad beta resto (beta total excluido potasio y tritio)	A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo	1	<0.020	Bq/L
Actividad Beta total	A-BV-PE-0010 Método de evaporación y medida por Contador proporcional de flujo		<0.020	Bq/L
Dosis indicativa total	A-BV-PE-0047 Dosis indicativa total	0.10	< 0.10	mSv/año
Tritio	A-BV-PE-0049 Centelleo líquido	100	< 10.0 ± 29.4%	Bq/L

### # INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

**FECHA DE TOMA:** 5/03/2020 HORA 13:00

### OBSERVACIONES

Actividad Alfa total AMD=0.009885Bq/L  
 Actividad Beta resto AMD=0.0174265Bq/L  
 Actividad Beta total AMD=0.0174265Bq/L  
 El límite indicado corresponde a LD (AMD).

# El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente que pueda afectar a la validez de los resultados. Este informe sólo afecta a la muestra analizada tal como se recibió. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

El laboratorio dispone de la incertidumbre de sus medidas a disposición del cliente.

Aprobado en Labaqua Alicante por Técnico Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Técnico: Francisco García Andreu.

Documento firmado electrónicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado raíz de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Emitido en ALICANTE, 29 de Marzo de 2020